



JELMAGYARÁZAT

JELKÉP	JELLENTÉSE	HALOZAT	MEGJEGY.
—* M/7	Gyógyeseti előz csatlakozás (Születési hely: 7 em)		
HV +	Hűtési hálózati csatlakozás: 3x4"-es		
MV +	Hővezetési csatlakozás: 3x4"-es		
NA 50/0	Levegő csatlakozás NA 50/110, lakás kivehető		
—NF	Strukturális hálózati csatlakozás R445 8 pólusú		
—3x	a melléklet számú ábrák alapján	normál	szűkebbesekkel jelölve
—IG	230 V, 10 A-es (2x3-f) földelt dugaszaljzat	normál / fordított	2db normál + 2db ups
—I	4 db 230 V, 10 A-es (2x3-f) földelt dugaszaljzat, és 4 db R445 GmL 3 db R445 általános struktúrális hálózathoz	normál / fordított	2db normál + 2db ups
—H	Dugaszaljzat (2x3-f) földelt dugaszaljzat, és a melléklet számú ábrák alapján	24 óráig normál	Szár. magasság: 0,5 m
OCS	kekkenő orvosi csapófejessel		
AK	Aramlási csatlakozás (szabvány: 400V, 50Hz, 16A, 22 kWh) 30mA áramvédő kapcsolóval, IP 65, kábel szigetelés: 100V, 100A		

Felkészítve: *Károly Csaba*

GORZÓ CSABA
EGY-2010814

Megrendelő: **Steelco Kft.**

CG-Conto Bt.
2220 VECSES
Damjanich u. 62/A

Építési: Miskolc
Régli Intézet labor épület
Központi sterilizáló

Magnevezetés:
Központi sterilizáló

Rajzszám:
OM-2.1

Szint: **Emelet**

Műszaki csatlakozási alaprész

Változat: **01**

Dátum: 2016. május

Tervező: **Kivitelező**

Változat: **01**

A tervek dokumentáció a CG-Conto Bt. szellemi tulajdona a Ptk. 86.§-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll.
Felhasználásának kártét és felelősségét a vonatkozó szerződés határozza meg!