



JELMAGYARÁZAT

JELKÉP	JELLENÉSE	HALOZAT	MEGJEGY.
—* M/7	Gyógyszerelési csatlakozás (Születési hely: 7 év)		
HV +	Hűtési hálózat csatlakozás: 3x4"-os, hideg menetes gőzhőcserélő		
MV +	Hűtési melegvíz csatlakozás: 3x4"-os, hideg menetes gőzhőcserélő		
NA 50/0	Levegő csatlakozás NA 50 /110, fekete kékkel bejelöléssel		
— INF	Strukturális falazati csatlakozás R445 8 pontúval		
— 3x	a melléklet számú a darabszám jelölése	normál	szűrővel ellátott
— IG	230 V, 10 A-es (2x+1) fázisú dugaszszalag	normál / inverziós	2db normál + 2db ups szűrővel ellátott
— I	1 db 230 V, 10 A-es (2x+1) fázisú dugaszszalag, és 4 db R445 GSH, 3 db R445 alízati strukturális falazathoz	normál / inverziós	2db normál + 2db ups szűrővel ellátott
— H	Dugaszszalag (2x+1), indokszelvény csatlakoztatásához	24 óráig normál	Szer. magasság: 0,5 m
OCS	kekemű orvosi csapófejvel		
AK	Aramlási csatlakozás (szűrővel) 400V, 50Hz, 16A, 22 kWh 30mA áramvédő kapcsolóval, IP 65, kékkel színezéssel, bejelöléssel		

Feltérő tervező:		Megerendelő:	
GORZÓ CSABA EGY-10814		Steelco Kft.	
Egyetemes Építési és Szerelési Kft.		Tárgy:	
Miskolc		Központi sterilizáló	
Regél Intézmény Építési és Szerelési Kft.		Magnevezetés:	
Központi sterilizáló		Orvostechnológia	
Szt.:		Műszaki csatlakozási alaprajz	
Földszint		Terület: 1:50	
Datum: 2016. május		Lépték: 1:50	
A tervek dokumentáció a CG-Conto Bt. szellemi tulajdona a Ptk. 86.§-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll.		Valózat: 01	
Tervezési és felügyeleti feladatokat a vállalkozás szerződés szerinti hatáskörében végzi.		CG-Conto Bt. 2220 VECSES Damjanich u. 62/A	
		Rajzszám: OM-1.1	