

**Tárgy:** „A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére eszközök beszerzése”- tárgyú a Kbt. 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárás –**kiegészítő tájékoztatás II. és tájékoztatás dokumentáció módosításáról II.**

**Valamennyi Érdekelte Gazdasági Szereplő**  
részére

**Tisztelt Gazdasági Szereplők!**

A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 2016. április 12-én nemzeti értékhatárokat elérő, a Kbt. 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indított „*A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére eszközök beszerzése*” tárgyban.

**I.**

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbiak szerint válaszol:

**1. kérdés:** 2. és 3. rész I. tétel ágy termék esetében elfogadják-e az ABS műanyag betéttel egyenértékűnek a műanyag bevonatú fém ágyrácsot, mely egy mozdulattal kipattintható, tisztítható és a matrac szellőzését maximálisan biztosítja?

**Válasz:** Igen, ajánlatkérő egyenértékűként elfogadja.

**2. kérdés:** Továbbá elfogadják-e a műanyag ágyvégekkel egyenértékűnek a következő specifikációjú ágyvéget: Műanyag kerettel rendelkező ágyvég rozsdamentes fogantyú részekkel, műanyag kompakt lemez betéttel?

**Válasz:** Igen, ajánlatkérő egyenértékűként elfogadja.

**3. kérdés:** Jól gondoljuk-e, hogy a Felolvasó lapon az ajánlati részenként megadott táblázat, „*Jótállás időtartama (hónap)*” alatt olvasható „*Maximum 30 nap!*”- megjelölésnél elírás történt, mivel a Közbeszerzési Dokumentumok és az Ajánlati felhívás is meghatározza, hogy „*Nyertes ajánlattevő minimum 12 hónap időtartamú jótállási kötelezettséggel tartozik.*” - tehát 12 hónap a minimum megadható érték.

Kérjük az ellentmondás feloldását és tájékoztatásukat, hogy javítsuk-e a felolvasó lapot, vagy Ajánlatkérő új javított dokumentumot bocsát rendelkezésre.

**1. rész**

<b>Bírálati részszerkelet</b>	<b>megajánlott érték</b>
Ajánlati ár (nettó HUF)	<b>nettó ..... Ft</b>
Késedelmi kötbér (nettó ajánlati ár %-ában kifejezve, naponta)	<b>nettó ajánlati ár .....%-a/nap</b>

Minimum a teljes nettó ajánlati ár 1%/nap !	
Jótállás időtartama (hónap) Maximum 30 nap!	..... hónap
Teljesítési határidő (nap) Maximum a szerződéskötéstől számított 30 nap!	..... nap a szerződéskötéstől számítva

## 2. rész

Bírálati részszempont	megajánlott érték
Ajánlati ár (nettó HUF)	nettó ..... Ft
Késedelmi kötbér (nettó ajánlati ár %-ában kifejezve, naponta) Minimum a teljes nettó ajánlati ár 1%/nap !	nettó ajánlati ár .....%-a/nap
Jótállás időtartama (hónap) Maximum 30 nap!	..... hónap
Teljesítési határidő (nap) Maximum a szerződéskötéstől számított 30 nap!	..... nap a szerződéskötéstől számítva

## 3. rész

Bírálati részszempont	megajánlott érték
Ajánlati ár (nettó HUF)	nettó ..... Ft
Késedelmi kötbér (nettó ajánlati ár %-ában kifejezve, naponta) Minimum a teljes nettó ajánlati ár 1%/nap !	nettó ajánlati ár .....%-a/nap
Jótállás időtartama (hónap) Maximum 30 nap!	..... hónap
Teljesítési határidő (nap) Maximum a szerződéskötéstől számított 30 nap!	..... nap a szerződéskötéstől számítva

**Válasz:** A felolvasólap a jótállás időtartama tekintetében elírást tartalmaz, 12 hónap a minimum megadható érték. Ajánlatkérő a felolvasólapot javította és a módosított dokumentációt az ajánlatkérő honlapján, az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen elektronikusan elérhetővé tette.

**4. kérdés:** II. részajánlat termék ágy esetében hidraulikus magasságállítást kér, de nincs meghatározva a tartomány, ill. kéri az ágy méretét megadni ágy mérete max. 215x105x55 cm, ahol az 55 cm magasság fix vázra utal. Kérem szíveskedjenek megadni, hogy fix vagy emelhető magasságú kell-e.

**Válasz:** Hidraulikus magasságállítást kér ajánlatkérő, aminek emelési tartománya minimum 450 mm - 650 mm közötti tartomány lefedése, ennél nagyobb tartomány megfelelő.

**5. kérdés:** Háttámla állítás lehetősége manuálisan?

**Válasz:** Manuális állítási lehetőséget kér ajánlatkérő minimum 0-60 fok között.

**6. kérdés:** II. rész II. tétel éjjeliszekrény etetőlapos

Az etetőlap az oldalába visszacsúsztatható alatt azt érti, hogy egy fém szerkezettel az oldallap mellé lecsukható, mely pozícióból felfele húzva több ponton rögzíthető, és a lap felnyitható?

**Válasz:** Igen.

II.

„ *A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére eszközök beszerzése*” tárgyban indított közbeszerzési eljárás dokumentációját ajánlatkérő módosítani kívánja:

1. Felolvasólap tekintetében, a jótállási időtartam megajánlható mennyiségét érintően
2. Ajánlatkérő az ágyak tekintetében TÖRLI a Trendelenburg állás követelményét

Ajánlatkérő a fenti módosításokat az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, a <http://misk.hu/kozbeszerzesek/eszkozbeszerzes-2016.html> internetes linkről közvetlenül elektronikusan elérhetővé tette.

Debrecen, 2016. április 19.

Tisztelettel:



**Dr. Szabó Tamás**  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

