

**Tárgy:** „A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére tűk, fecskendők és intravénás kanülök beszerzése”- tárgyú a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás – kiegészítő tájékoztatás I.

**Mell.:** -

**Valamennyi érdekelt gazdasági szereplő részére**

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A tárgyi közbeszerzési eljárás keretében kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatásokat adja.

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatáskérésekre adott válaszok beépülnek az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezési közé, így azokkal együtt kezelendők. Ajánlattevőknek az ajánlattétel során figyelembe kell venniük azokat.

### **1. kérdés:**

#### **Első rész – Harmadik termékkör: Spinál tűk**

**1/A. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a III.1-III.6. spinál tűk vonatkozásában az elvárt hossz méreteket.**

**Ajánlatkérő válasza:** Ajánlatkérő e körben módosította a közbeszerzési dokumentumokat. Valamennyi spinál tű tekintetében az elvárt hossz méret 88-90 mm között bármelyik méret.

**1/B. Kérjük, szíveskedjenek megerősíteni, miszerint a III.1-III.4. spinál tűk esetében Quincke hegyű tűkre kérnek ajánlatot.**

**Ajánlatkérő válasza:** Igen, Ajánlatkérő Quincke hegyű tűkre kér ajánlatot.

**1/C. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni arról, miszerint a III.5.-III.6. spinál tűket bevezető tűvel kérik-e megajánlani.**

**Ajánlatkérő válasza:** Nem bevezető tűvel kéri Ajánlatkérő megajánlani a spinál tűket.

### **2. kérdés:**

**Második rész – Második termékkör: E.h. inzulin fecskendő integrált tűvel holttér nélküli**

2/A. Kérjük, szíveskedjenek megadni az integrált tű elvárt méretét – 27G ½ „ vagy 29G ½” vagy 30G ½”.

**Ajánlatkérő válasza:** Ajánlatkérő e körben módosított a közbeszerzési dokumentumokat. Az integrált tű elvárt mérete: 27 G ½ cserélhető (nem fixen egybeépítve)

**3. kérdés:**

**Második rész – Harmadik termékkör: Fecskendő műanyag öblítő 100 ml**

3/A. Kérjük szíves tájékoztatásukat, miszerint a terméket Luer adapterrel kéri-e megajánlani.

**Ajánlatkérő válasza:** Nem Luer adapterrel kérre kérjük.

**4. kérdés:**

**Második rész- Negyedik termékkör: Fecskendő Perfuzor 50 ml**

4/A. Kérjük szíves tájékoztatásukat a megajánlandó termék típusára vonatkozóan – például: IVAC típusú vagy B.Braun típusú-, azaz annak meghatározását, hogy milyen típusú fecskendőpumpával szükséges a megajánlott termékeknek kompatibilisnek lennie.

**Ajánlatkérő válasza:** B.Braun típusú fecskendőpumpával szükséges a megajánlott termékeknek kompatibilisnek lennie.

**5. kérdés:**

**Harmadik rész- Első termékkör: Intravénás kanülök**

5/A. Kérjük szíves tájékoztatásukat a megajánlandó termék típusára vonatkozóan – szárnyal vagy szárny nélkül; gyógyszerbeadó porttal vagy anélkül.

**Ajánlatkérő válasza:** Az intravénás kanülök tekintetében valamennyi terméket szárnyal és gyógyszerbeadó porttal kérünk megajánlani.


5/B. A kapillárisra vonatkozóan kérjük szíves tájékoztatásukat, miszerint a FEP teflon alapanyag elfogadható-e Ajánlatkérő részéről.

**Ajánlatkérő válasza:** A kapilláris FEP teflon alapanyagot Ajánlatkérő elfogadja.

Kérjük a fenti tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Miskolc, 2016. május 12.

Tisztelettel:

  
.....  
**Dr. Szabó Tamás László**  
ügyvéd

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó