

**Tárgy:** „Szállítási szerződés – Laparoscopos torony, resectoscopok és ureteroscop beszerzése”- tárgyú a Kbt. 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárás – közbeszerzési dokumentumok és eljárást megindító felhívás módosítása

**Mell.:** 1 pld. módosított közbeszerzési dokumentumok

Valamennyi Érdekelte gazdasági szereplő részére

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház a Kbt. 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indított a „Szállítási szerződés – Laparoscopos torony, resectoscopok és ureteroscop beszerzése” tárgyban.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok alábbi pontjait, a Kbt. 113.§ (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja:

A szerződés hatálybalépésnek a feltétele, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a vis maior keretből biztosítsa a szerződés fedezetét.

#### **I. I. RÉSZLETES AJÁNLATI FELTÉTELEK**

e.) A készülékkel szemben támasztott követelmények/ajánlott paraméterek a készülékkel szemben támasztott követelmények pontja az alábbiak szerint módosul:

Paraméter	Minimum (maximum) követelmény	Megajánlott érték	A megadott érték az ajánlat hányadik oldalán található?
Kamerafej, vezérlőegységgel			
A megajánlott termék típusa, típuszáma, vagy rendelési száma, gyártója:	Kérjük megadni		
Kamerafejben 3 chipes C-MOS képfeldolgozás	Igen		
Sterilizálható kamerafej	Igen		
Felbontás min: 1920x1080	Igen Kérjük megadni!		
Kérjük megadni, hogy a műtétípusokhoz milyen gyári előbeállítások vannak: (minimum követelmény: laparosztopia, histerosztopia, cisztosztopia.	Igen Kérjük megadni!		
1,5x kamerafejről vezérelhető, több fokozatú digitális- és optikai zoom	Igen		

Paraméter	Minimum (maximum) követelmény	Megajánlott érték	A megadott érték az ajánlat hányadik oldalán található?
Kamerafej gombok, melyek: - digitális zoom, - képbeállítás, - kép- és video rögzítés funkciók vezérlésére is programozhatók	Igen Kérjük megadni!		
Szabadon programozható kamerafej gombj (Minimálisan 2 db)	Igen Kérjük megadni!		
Kimenetek min: 2x DVI-I, S-VHS	Igen Kérjük megadni!		
<b>Fényforrás</b>			
A megajánlott termék típusa, típuszáma, vagy rendelési száma, gyártója:	Kérjük megadni!		
Univerzális - más gyártó fénykábelével is kompatibilis – csatlakozó (pl. Storz, Olympus, Stryker)	Igen Kérjük megadni!		
Érintőképernyős vezérlés	Igen		
<b>Inzufflator</b>			
A megajánlott termék típusa, típuszáma, vagy rendelési száma, gyártója:	Kérjük megadni!		
A feltöltési teljesítmény min. 40 liter/perc	Igen Kérjük megadni!		
<b>Monitor</b>			
A megajánlott termék típusa, típuszáma, vagy rendelési száma, gyártója:	Kérjük megadni!		
Medikai kivitel, LED megvilágítású HD monitor	Igen		
Képpátló méret: min. 26"	Igen Kérjük megadni!		
Felbontás: Min. 1920x1080	Igen Kérjük megadni!		
Bemenetek min. DVI, DVI-I, S-Video, VGA	Igen Kérjük megadni!		
<b>Videofelvevő egység</b>			
Egység kora	új vagy használt egység is megajánlható		
Az állókép archiválás	min. 1280 x 1024 felbontásban.		
Video jelbemenetek	S-Video, DVI, SXGA, composite, firewire.		
- MPEG4 video formátumban is képes rögzíteni	Igen		

Paraméter	Minimum (maximum) követelmény	Megajánlott érték	A megadott érték az ajánlat oldalán található?
- képes a sebész egyéni készülék-beállításának tárolására	Igen		
- megjeleníti a műtéti időt	Igen		
- beépített CD/DVD íróval, USB kimenettel	Igen		
- képes élő video adás küldésére helyi hálózaton keresztül,	Igen		
- a készülék számítógépes hálózathoz csatlakoztatható	Igen		
<b>EGYÉB KÖVETELMÉNYEK</b>			
Biztosítandó kéziműszer: 1 darab Maryland 5mm-es dissector és monopoláris nyél és 1 darab Maryland 10mm-es dissector és monopoláris nyél	Igen		

**Kizárólag új eszközöket fogadunk el!**

**II. Ajánlattételi felhívás IV.2.2. pontját és a IV.2.6. pontja a következőképpen módosul:**

Eredeti feltételek	Módosított feltételek
<b>IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő</b> Dátum: 2017/05/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00(óó:pp)	<b>IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő</b> Dátum: 2017/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00(óó:pp)
<b>IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei</b> Dátum: 2017/05/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: B-A-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.(Főépület- III.emelet Igazgatói tárgyaló) Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott személyek lehetnek jelen.	<b>IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei</b> Dátum: 2017/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: B-A-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.(Főépület- III.emelet Igazgatói tárgyaló) Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott személyek lehetnek jelen.

A módosított közbeszerzési dokumentumokat az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé tette Ajánlatkérő.

**Az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.**

Miskolc, 2017. május 11.

Tisztelettel:

.....  
**Dr. Szabó Tamás László**  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó



