

**Tárgy:** „A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése (2.elj.)”- tárgyú a Kbt. 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárás – kiegészítő tájékoztatás I.

**Mell.:** -

**Valamennyi Érdekelte gazdasági szereplő**  
részére

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A tárgyi közbeszerzési eljárás keretében kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatásokat adja.

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatáskérésekre adott válaszok beépülnek az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezési közé, így azokkal együtt kezelendők. Ajánlattevőknek az ajánlattétel során figyelembe kell venniük azokat.

**1. kérdés:** Fenti eljárás keretében megjelent Közbeszerzési Dokumentum részeként szereplő műszaki specifikáció előírása szerint a tri-kálium EDTA 2ml csövek, valamint a szérumcsövek egy része csavaros biztonsági kupakkal legyenek ellátva, míg a 9ml K2EDTA , a 9ml szérumcső, valamint a Na-Citrikum és Na heparin csövek lehúzható kupakkal rendelkezzenek?

Szeretnénk felhívni tisztelt Ajánlatkérő figyelmét, hogy tudomásunk szerint egyetlen cég szabadalma jelenleg a csavaros biztonsági kupak, ezáltal a többi Ajánlattevőre nézve ez a kiírás ilyen formában kizáró. Kérdésünk, hogy elfogadnak –e lehúzható biztonsági kupakot a csavaros kupak helyett, mellyel más gyártók részvételét is lehetővé teszik?

**Ajánlatkérő válasza:** Ajánlatkérő e körben módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat.

**2. kérdés:** A műszaki specifikációban a vérvételi tű gyártó oszlopában VACUETTE megnevezés szerepel, ezt csak pontosítani szeretnénk, hogy a kiíró részéről nem elvárás a megnevezett típusú tű megajánlása, mivel ez ellentmond annak a kitételnek, hogy a gyártó a cső, a harang és tű esetében azonos legyen?

**Ajánlatkérő válasza:** Ajánlatkérő e körben módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat.

**3. kérdés:** A műszaki specifikáció „egyéb minimumkövetelmények” fejezetében 2 db vérsajt süllyedés vizsgálatára alkalmas, egyenként 100 férőhelyes automata térítésmentes megajánlása szerepel.

Cégünk tapasztalatai azt mutatják, hogy az elvárt 2db legalább 100 férőhelyes automata kihelyezése az igényelt évi 70.000 db felhasznált szérum cső mennyiségét tekintve indokolatlan. A feltüntetett mennyiség átlag 180 db mintát feltételez naponta. A 180 db minta megvizsgálása 2 db 100 férőhelyes automatával összességében 30 perc vizsgálati időt jelent feltételezve, hogy a 2 db 100 férőhelyes automata egyszerre egy időben üzemel. A 180 db minta 3 db 60 férőhelyes automatával 24 perc egyidejű működtetés esetében. Elfogadnak –e alternatívaként 3 db 60 férőhelyes automatát, mely összességében 10% eltérést jelentene az Ajánlatkérő által elvárt férőhelyekkel szemben, azonban összességében gyorsabb vizsgálati időt eredményez?

**Ajánlatkérő válasza:** Ajánlatkérő e körben módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat.

4. **kérdés:** Közbeszerzési dokumentum/A beszerzés tárgya/műszaki specifikáció NÁTRIUM-CITRIKUM 3,2% 1,6 ML-2ML termék ESR (We-süllyedés) mérésére 2 db vérsajt süllyedés vizsgáló automata térítésmentes megajánlása szükséges. Mindkét automata 100 férőhelyes legyen. Ajánlattevő köteles továbbá 3 db 32 vérvételi cső egyidejű centrifugálására alkalmas centrifugát is térítésmentesen megajánlani a szerződés teljes időtartamára. Elfogadható-e a 2 db 100 férőhelyes automata helyett 4 db 60 férőhelyes automata megajánlása?

**Ajánlatkérő válasza:** Ajánlatkérő e körben módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat.

A kiegészítő tájékoztatást az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen a [www.misek.hu](http://www.misek.hu) – Közbeszerzések – zárt vérvételi rendszer 2. elj. internetes helyről, közvetlenül elektronikusan elérhetővé tette Ajánlatkérő.

Miskolc, 2017. január 26.

Tisztelettel:



.....  
**Dr. Szabó Tamás László**  
**ügyvéd**

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó