

**Tárgy:** „A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése (2.elj.)”- tárgyú a Kbt. 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárás – kiegészítő tájékoztatás III.

**Mell.:** -

Valamennyi Érdekelte gazdasági szereplő részére

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A tárgyi közbeszerzési eljárás keretében további kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdés érkezett, melyre Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatáskérésre adott válasz beépül az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezési közé, így azokkal együtt kezelendő. Ajánlattevőknek az ajánlattétel során figyelembe kell venniük azt.

1. **kérdés:** A műszaki specifikáció 4. sorában a következő termék:

- NA-FLUORID/NA-HEPARIN 2 ML (Heparin vizsgálat) 18. 000 db. NAFLUORID/NA-HEPARIN 2 ML (Heparin vizsgálat) csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13\*75 mm.

Ez a vérvétel cső vércukor vizsgálat elvégzésére alkalmas. A műszaki specifikációban „Heparin vizsgálat” szerepel. Kérem pontosítani, hogy milyen vizsgálat elvégzésére kívánja az Intézmény használni ezeket a vérvételi csöveket.


**Ajánlatkérő válasza:** Ajánlatkérő e körben módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. (A hivatkozott vérvételi csövet az Intézmény vércukor vizsgálat elvégzésére kívánja használni.)

A kiegészítő tájékoztatást az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen a [www.misek.hu](http://www.misek.hu) – Közbeszerzések – zárt vérvételi rendszer 2. elj. internetes helyről, közvetlenül elektronikusan elérhetővé tette Ajánlatkérő.

Miskolc, 2017. január 30.

Tisztelettel,



  
Dr. Szabó Tamás László  
ügyvéd

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó